



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ
Settore Approvvigionamenti, Contabilità e Coordinamento

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI
UN MICROSCOPIO CONFOCALE SPETTRALE CON MODULO A TEMPI DI VITA -
CIG: 7811026690**

AVVISO CHIARIMENTI.

A seguito di quesiti posti da operatori economici interessati alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del Disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1

In riferimento al punto 3.1 del Capitolato tecnico, caratteristiche di dettaglio a) (Stativo) viene richiesto di specificare se il sistema di compensazione del Drift in Z deve essere di tipo hardware

Risposta

Si specifica e conferma che il sistema deve essere di tipo hardware.

Quesito n. 2

In relazione al punto 3.1 del capitolato tecnico, punto di dettaglio b) (Unità confocale e sorgenti luminose) viene chiesto se sia possibile offrire, in alternativa al laser 520+/-20 nm per la linea TRITC il tipico laser a diodo 561 nm.

Risposta

È possibile offrire un laser a diodo 561 nm al posto del laser richiesto 520+/-20 nm **purchè consenta il corretto utilizzo del fluoroforo TRITC**, di cui si allegano le caratteristiche spettrali.
In caso di offerta di tale laser **deve essere specificata l’equivalenza al laser richiesto e l’idoneità al corretto utilizzo di cui sopra.**

Eventuali, ulteriori comunicazioni di interesse generale rese da questa Amministrazione, saranno pubblicati e, quindi analogamente accessibili, sul sito: <https://www.acquistinretepa.it> e sul portale di Ateneo all’indirizzo, <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi/2018/gara-appalto-cig-76859896c4/index.htm>

Il Responsabile del Procedimento amministrativo di gara
(dott.ssa Erika Ercolani)