



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

## RISPOSTE AI QUESITI

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARMADI TECNICI PER L’UNITA’ EDILIZIA 4 DEL COMPLESSO NAVILE DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. CIG: 8706808D3F**

A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle imprese relativamente alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i concorrenti le seguenti precisazioni agli atti di gara attraverso la piattaforma “Acquistinrete” di Consip nonché attraverso il sito Unibo all’indirizzo <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/forniture/2021/gara-appalto-cig-8706808d3f-2/index.htm> .

#### **Quesito n. 1:**

Si chiede se sono parte integrante della fornitura solo il trasporto e la consegna al piano.

#### **Risposta al quesito n. 1:**

L’art. 3 del Disciplinare di gara – *Oggetto dell’Accordo Quadro, importo e suddivisione in lotti* – prevede che sono parte integrante della fornitura: il trasporto e la consegna al piano presso i locali di destinazione. Questi ultimi, ovvero i singoli laboratori ai vari piani, sono visibili nelle planimetrie già allegate e la loro ubicazione verrà confermata negli ordinativi di fornitura ai sensi del punto 4.4 del Capitolato Tecnico. Si ricorda che la descrizione e le specifiche della fornitura e dei servizi accessori è descritta al punto 4.3 del Capitolato Tecnico ed include anche l’utilizzo di mezzi e personale propri e lo sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché la rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi nel rispetto della normativa vigente.

#### **Quesito n. 2:**

Si chiede se tutti gli armadi offerti devono essere certificati EN 14470-1 (Armadi per Infiammabili) EN 14470-2 (Armadi per gas compressi) EN 61010 (Armadi per prodotti Chimici) e tutti i modelli EN 16121 II Severa da ente esterno, a pena di esclusione.

#### **Risposta al quesito n. 2:**

Si conferma che gli armadi per solventi infiammabili devono essere certificati secondo la EN 14470-1 e quelli per gas compressi secondo la EN 14470-2, come previsto dal punto 4.1 del Capitolato tecnico, rispettivamente alle lett. b) e c).

Il Capitolato tecnico al punto 4.2 prescrive che le apparecchiature offerte debbano essere conformi alle norme UNI EN vigenti, pertanto, tutti gli armadi offerti devono essere conformi alla norma UNI EN 16121 e 16122 o in alternativa alla norma UNI EN 14727, certificati da ente terzo.

Le certificazioni di cui sopra fanno parte delle caratteristiche qualitative minime richieste da Capitolato tecnico.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Si precisa che il Capitolato tecnico non prevede forniture dotate di parti elettriche, tuttavia, qualora l'operatore intenda offrire attrezzature provviste di tali componenti, si rende necessaria la certificazione EN 61010.

**La Responsabile del Procedimento di Gara**

Dott.ssa Tamara Macagnino  
(firmato digitalmente)