

All. 3

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, c.1 lett. e) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNO SPETTOMETRO DI MASSA MALDI TOF PER LE ESIGENZE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. CIG: B9893024F4, CUP: J43C22001650001.

MODELLO DI OFFERTA TECNICA

Nome commerciale del Prodotto	
Denominazione Fornitore	
Denominazione Produttore (se diverso dal Fornitore)	
Sito web Fornitore	
Indirizzo PEC del Fornitore	
Sito web Produttore (se diverso dal Fornitore)	

Si dichiara che la presente offerta rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico.

(Eventuali note) _____

[La tab. 1 a seguire deve essere compilata ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica.]

Tabella 1: Caratteristiche oggetto di valutazione

N.	Descrizione criterio	Offerta del concorrente
1	Numero di specie microbiche contenute nella libreria locale (no cloud) installata nella workstation dello strumento. Il numero minimo di specie microbiche contenute nella libreria locale previsto da Capitolato è almeno pari a 3000.	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria pari a 3000. ☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria compreso tra 3001 e 3500 ☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria compreso tra 3501 e 4000 ☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria compreso tra 4001 e 4500 ☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria compreso tra 4501 e 5000

		☐ Numero di specie microbiche contenuto nella libreria superiore a 5000
2	Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di: a) <i>Cronobacter</i> spp., b) <i>Salmonella</i> spp.; c) <i>Campylobacter</i>; d) <i>Listeria</i> spp.; e) <i>Listeria monocytogenes</i> rilasciata da ente accreditato e riconosciuto in UE e valida al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione andrà allegata all'offerta.	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di tutti e 5 i microrganismi oggetto di interesse. ☐ Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di almeno 4 dei microrganismi oggetto di interesse. ☐ Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di almeno 3 dei microrganismi oggetto di interesse. ☐ Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di almeno 2 dei microrganismi oggetto di interesse. ☐ Possesso di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma di almeno 1 dei microrganismi oggetto di interesse. ☐ Assenza di una certificazione del sistema ISO16140-6 per la conferma dei microrganismi oggetto di interesse.
3	Sistema in grado di differenziare tramite subtipizzazione, senza necessità di analisi aggiuntive tutte le seguenti specie: a) <i>Listeria monocytogenes</i>, b) <i>L. ivanovii</i>, c) <i>L. welshimeri</i>, d) <i>L. innocua</i> e) <i>L. seeligeri</i>,	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Sì. ☐ No
4	Sistema dotato di laser IR o UV-VIS integrato al sistema per la pulizia automatica periodica della sorgente stessa senza l'intervento di un tecnico specializzato	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Sì. ☐ No

5	Sistema dotato di un metodo per la rilevazione di marcatori di resistenza in <i>Staphylococcus aureus</i> meticillina resistente (MRSA), senza necessità di ulteriori analisi	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Si. ☐ No
6	Sistema dotato di modulo per la rilevazione e l'identificazione in spettrometria di marcatori di antibiotico resistenza (carbapenemasi) da colonia isolata	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Si. ☐ No
7	Sistema dotato di modulo per la rilevazione e l'identificazione in spettrometria di marcatori di antibiotico resistenza (cefalosporinasi) da colonia isolata	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Si. ☐ No
8	Sistema in grado di garantire nel suo complesso un basso livello di rumorosità	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Sistema con rumorosità ≤ 40 dB ☐ Sistema con rumorosità >40 e <60 dB ☐ Sistema con rumorosità ≥ 60 dB
9	Fornitura di kit di analisi ulteriori rispetto alla dotazione iniziale (kit d'installazione) prevista nel Capitolato. Il numero minimo di test eseguibile con il kit d'installazione previsto nel Capitolato è pari a 100.	<i>Indicare il dato richiesto:</i> <i>Numero dei test eseguibili con gli ulteriori kit di analisi offerto:</i>
10	Fornitura di piastre riutilizzabili da 96 pozzetti aggiuntive rispetto a quelle fornite nel kit di installazione.	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ 3 piastre da 96 pozzetti aggiuntive rispetto alla dotazione del kit di installazione ☐ 2 piastre da 96 pozzetti aggiuntive rispetto alla dotazione del kit di installazione ☐ 1 piastra da 96 pozzetti aggiuntiva rispetto alla dotazione del kit di installazione

		☐ Nessuna piastra da 96 pozzetti aggiuntiva rispetto alla dotazione del kit di installazione
11	Estensione garanzia per ulteriori 12 mesi	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Sì. ☐ No
12	Presenza di un database flessibile che permetta l'aggiunta di profili di microrganismi per la creazione di database customizzati esportabili, ossia possibilità di implementazione autonoma da parte dell'utente senza necessità di intervento da parte della ditta	<i>Barrare la scelta pertinente</i> ☐ Sì. ☐ No

Firma digitale del legale rappresentante¹

(Firmato digitalmente)

¹ Nel caso in cui l'offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico, deve essere presentata all'Università, in copia conforme, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.